

Pipeta jednokanałowa Eppendorf Research plus 20 – 200 µL

PRODUCENT **Eppendorf**

Mechaniczna pipeta jednokanałowa o zmiennym nastawianiu objętości 20 – 200 µL (kod koloru: żółty). Ultralekka, w pełni autoklawowalna, z 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości.



ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Laboratoria mikrobiologiczne, Laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, Pracownie biochemii i chemii analitycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zakres objętości: 20 – 200 µL
- Skok nastawiania: 0,2 µL
- Kod koloru: żółty
- Sprężynujący stożek końcówki: tak
- Autoklawowanie: tak — cała pipeta
- Końcówki: epT.I.P.S. (system otwarty)

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres objętości	20 – 200 µL
Kod koloru	żółty
Skok nastawiania objętości	0,2 µL
Liczba kanałów	1
Tryb pracy	mechaniczny
Rodzaj pipetowania	system poduszki powietrznej
Sprężynujący stożek końcowy	tak

PARAMETR	WARTOŚĆ
Błąd przypadkowy (wg DIN EN ISO 8655)	20 µL: ± 0.7%; ± 0.14 µL; 100 µL: ± 0.3%; ± 0.3 µL; 200 µL: ± 0.2%; ± 0.4 µL
Błąd systematyczny (wg DIN EN ISO 8655)	20 µL: ± 2.5%; ± 0.5 µL; 100 µL: ± 1%; ± 1 µL; 200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL
Autoklawowanie	tak — cała pipeta
Końcówki	epT.I.P.S. (otwarty system)
Oznakowanie ACT (My Green Lab)	tak

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl