

Pipeta 8-kanalowa Eppendorf Research plus 10 – 100 µL

PRODUCENT **Eppendorf**

Mechaniczna pipeta 8-kanalowa o zmiennym nastawianiu objętości 10 – 100 µL (kod koloru: żółty). Ultralekka, w pełni autoklawowalna, z 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości i



technologią Soft Eject.

ZASTOSOWANIE / PRZEZNACZENIE

Laboratoria diagnostyczne, Laboratoria mikrobiologiczne, Laboratoria badawcze, uczelnie i instytuty, Pracownie biochemii i chemii analitycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zakres objętości: 10 – 100 µL
- Skok nastawiania: 0,1 µL
- Kod koloru: żółty
- Liczba kanałów: 8
- Sprężynujący stożek końcówki: tak
- Autoklawowanie: tak – cała pipeta

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres objętości	10 – 100 µL
Kod koloru	żółty
Skok nastawiania objętości	0,1 µL
Liczba kanałów	8
Tryb pracy	mechaniczny
Rodzaj pipetowania	system poduszki powietrznej
Sprężynujący stożek końcowy	tak

PARAMETR	WARTOŚĆ
Błąd przypadkowy (wg DIN EN ISO 8655)	10 µL: ± 2%; ± 0,2 µL; 50 µL: ± 0,8%; ± 0,4 µL; 100 µL: ± 0,3%; ± 0,3 µL
Błąd systematyczny (wg DIN EN ISO 8655)	10 µL: ± 3%; ± 0,3 µL; 50 µL: ± 1%; ± 0,5 µL; 100 µL: ± 0,8%; ± 0,8 µL
Autoklawowanie	tak – cała pipeta
Końcówki	epT.I.P.S. (otwarty system)
Rozstaw stożków końcówek	9 mm

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Pełna oferta i aktualne informacje: www.labsystem24.pl