

SRPvg 6501

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym

LIEBHERR | Performance



LED

Smart
Monitoring

Wariant: 001 40

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.

Pojemność brutto/netto łącznie

614/480 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)

697/867/2135

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)

489/638/1470

Zużycie energii w ciągu 365 dni

178 kWh ¹

Temperatura otoczenia

+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła

305 kJ/h

Czynnik chłodniczy

R 290

Poziom głośności w dB

60 dB(A)

Częstotliwość / napięcie

50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia

dynamiczny

Metoda odszraniania

odszeranie automatyczne

Zakres temperatury

-2 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja

3,1 °C ² / 3,7 °C ³

Materiał obudowy / kolor

stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy

stal

Dane techniczne

SRPvg 6501 | Performance | 001 40

Materiał wnętrza	Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze bez napięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie sufitowe LED
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	480 / 638
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
Uchwyt	pionowy zagłębiony uchwyt
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	148/130 kg
Kod EAN	9005382248898

¹ Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chłodziarek i -20°C dla zamrażarek.

² Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

³ Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.